

北京京都儿童医院 招标文件

项目名称：医疗设备维保项目

目录

北京京都儿童医院	1
第一部分 投标邀请书	3
第二部分 投标人须知	4
第三部分 项目概况及服务内容介绍	5
一. 设备清单及维保范围	5
二. 维保要求	5
三. 服务期限	6
第四部分 投标文件要求	7
一. 投标人资质要求	7
二. 投标人编写的投标文件要求	7
三. 报价方式	7
四. 评标方法及标准	8
五. 招投标时间及地点	8
第五部分 投标保证金要求	9
一. 保证金收取说明	9
二. 保证金退还条件	9
三. 保证金付款账号	10

第一部分 投标邀请书

本次招标采用公开招标+邀请招标的方式,投标人必须按照招标文件的各项条款编制投标书。每个投标人只能投递一套投标书(一式五份)。投标人递交标书的截止日期为 2023 年 3 月 27 日 17 时。对于在截止时间以后递交的投标书或未按要求密封的投标书,将被视为废标。

第二部分 投标人须知

序号	内 容 规 定
1	招标人：北京京都儿童医院有限公司 项目名称：医疗设备维保 服务期限：合同签订日起 36 个月
2	投标人要求： 1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（即投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中没有重大违法记录）。 2. 投标人应提供授权书原件。 3. 投标人应提供近三年内类似项目业绩。 4. 投标人中标后不得将该项目任何部分分包、转包给其他公司。
3	招标内容：医疗设备维保
4	标书份数：正本一式 5 份，电子文本 1 份（U 盘），密封送达。
5	投标文件提交地点： 北京市昌平区回龙观东大街 308 号北京京都儿童医院采购部 截止时间：2023 年 3 月 27 日 17 时。
6	招标单位联系电话 010-69787799，联系人：李艳（采购部）

第三部分 项目概况及服务内容介绍

一．设备清单及维保范围

设备信息					维保内容		
资产名称	规格型号	原厂ID	原值	安装日期	核心部件	常规配件	其他特殊需求
磁共振成像系统	Avanto 1.5T	63346	5810000	2015年2月	冷头、磁体	除核心配件外的原机可换配件	液氮安全水平（83.5%±1%）、水冷机维修
X射线计算机断层摄影设备	AS128	67362/220649	4567000	2015年2月	球管、平板探测器、高压油箱		含电箱内随机安装的UPS
数字化医用X射线摄影系统	Ysio	50110	1291000	2015年2月	球管、平板探测器、高压油箱		
数字化医用X射线摄影系统	Select DR	20566	955000	2015年2月	球管、平板探测器、高压油箱		
X射线诊断设备	Luminos Select	10067	1271000	2015年2月	球管、平板探测器、影像增强器		
移动式C形臂X射线机	Compact L	12232	456000	2015年2月	一体化球管、平板探测器、影像增强器、摄像头		
移动式摄影X射线机	mira	10121	0	2015年2月	球管、平板探测器、高压油箱		
超声诊断系统	AUCSON-X700	355719	990000	2014年5月	无		含探头
MMWP/Syngo Via系统				2015年2月			
长骨拼接软件	西门子	(21) 2655	275000	2022年12月			厂家质保期至2023年12月

二．维保要求

1. 服务期内提供无限次人工、上门服务。
2. 服务期内提供所有设备核心部件、常规配件及特殊需求的维修、更换服务。
 - 2.1 所有更换的零件保证为全新、原厂生产配件，保证其安全合法性和渠道正规性。
3. 保证设备开机率达到 95%以上（按照每年 365 天计算，每超过一天，按照 1：3 赔偿或合同顺延至少 3 天）。
4. 预防性维保：年度完成 B 级保养一次，A 级保养一次。
5. 专业维保工程师有相关设备的培训合格证书。
6. 维修响应时间要求
 - 6.1 7*24 小时电话客户服务。

6.2 简单故障，定义为工程师可以远程指导解决的问题，工程师在接到报修后简单故障 2 小时内反馈，一天内解决。

6.3 疑难故障，定义为需工程师到场解决的问题，在 72 小时内维修完成，（非“常规配件”北京市或国内无货的可去除物流时间）

7. 提供培训服务。根据用户需求，随时对维保范围内设备的使用、清洗和保养方法提供培训服务。

8. 服务期到期后，提供服务总结和服务报告。

9. 维修记录

9.1 提供每次的服务记录。

9.2 服务记录要求有服务内容及时间。

9.3 提供设备维修的修理报告。

10. 服务期内免费提供软件的更新服务。

三. 服务期限

自合同签订日起 36 个月，即 2023 年 4 月 15 日起至 2026 年 4 月 14 日止。第一年为试用期，一年期满前双方如无异议，本合同剩余期限自动履行，否则，本合同自动解除，但应以书面方式告知。服务期间如有以下行为：违法违规、被列入企业经营异常名单、发生严重责任事故、超过服务承诺要求等，甲方有权无条件解除合同，扣除服务保证金，并根据损害情况做出相应赔偿。

第四部分 投标文件要求

一. 投标人资质要求

1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（即投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中没有重大违法记录）。
2. 注册资金 $\geq$ 人民币 300 万元；
3. 投标人应提供近三年内类似项目业绩。
4. 投标人中标后不得将该项目任何部分分包、转包给其他公司。

二. 投标人编写的投标文件要求

1. 法人授权委托书、法定代表人及受委托人的身份证复印件；
2. 通过年检有效的企业法人营业执照、资质证书复印件；
3. 资质文件：设备维修服务企业资质证书或其他资质文件；
4. 公司介绍及相关的西门子设备维保业绩证明；
5. 投标人认为需要的其他商务文件或说明；
6. 投标人应提供公司简介、本项目的维保方案、人员安排等内容；
7. 以上资料均需加盖公章。

三. 报价方式

服务方对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。报价应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及利润和应缴纳的税金等。

四. 评标方法及标准

投标人正式递交投标文件同时缴纳 5 万元投标保证金后，视为正式参与投标。

1. 评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。对候选人进行实地考察及第二轮议价，最终确定中标人。

2. 评分标准：

评分总分为50分，其中商务部分20分，技术部分30分。

五. 招投标时间及地点

1. 标前答疑及现场考察时间：2023 年 3 月 16 日- 2023 年 3 月 20 日。

由投标人自行前往现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。

2. 投标文件递交时间：2023 年 3 月 27 日 17 时前。

3. 投标人在截至日期前将标书（正本一式 5 份，电子文本 1 份（U

盘))密封送达采购部,由专人负责接收。逾期或未按招投标文件要求的投标恕不接受。

4. 预计开标日期:2023年4月上旬,以进一步通知为准。

第五部分 投标保证金要求

一. 保证金收取说明

北京京都儿童医院医疗设备维保服务招标项目,该项目的投标保证金为¥50000元(大写:伍万元整),提交截止时间为2023年3月27日17时。

二. 保证金退还条件

1. 招标结果公示期满无异议或者异议无效的,我院会向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的实际投标人,并返还其投标书和投标保证金。

2. 投标保证金不退还情况说明

2.1中标单位在接到中标通知书后,不能或拒绝按照投标人的要求签署合同协议书的,或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,不退还投标保证金。

2.2中标单位不与医院订立合同的,给医院造成的损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿。

2.3投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。

三. 保证金付款账号

单位名称：北京京都儿童医院有限公司

开户行账号：交通银行北京东单支行 110060194018800032106

付款时请标注：投标保证金